

検査成績書

校正機器の詳細

シリアル:	2520001	タイプ:	TP 3M165E.2i
ファンクション:	ドライブロック Air Shield インサート	最終校正日:	2025/09/03
データ取得:	カメラ		
参照:	外部		

校正対象機器

名前:	PT100-cam-demo
シリアルナンバー:	2235
タイプ:	Pt100
許容誤差クラス:	Pt100 Class A
校正対象機器の結果:	許容範囲内

校正の情報

周辺温度:	25.2°C
監査役:	Demo Krone
校正日:	2025/09/04 11:43

テスト結果の詳細

テストポイントの値[°C]	参照値[°C]	校正対象機器の値[°C]	許容誤差[°C]	誤差 [°C]
0.000	-0.017	-0.020	0.150	-0.003
50.000	50.031	50.050	0.250	0.019
100.000	100.049	99.980	0.350	-0.069

テストポイント 1 - イメージ 1



テストポイント 2 - イメージ 1

テストポイント 1 - イメージ 2



テストポイント 2 - イメージ 2

テストポイント 1 - イメージ 3



テストポイント 2 - イメージ 3



テストポイント 3 - イメージ 1



テストポイント 3 - イメージ 2



テストポイント 3 - イメージ 3

