



検査成績書

校正機器の詳細

シリアル:	2520001	タイプ:	TP 3M165E.2i
ファンクション:	ドライブロック Air Shield インサート	最終校正日:	2025/09/03
データ取得:	Integrated measuring instrument	最終校正日:	2025/03/19
参照:	外部		
以下に接続済み:	RTD A		

校正対象機器

名前:	PT3_MI_DEMO
シリアルナンバー:	123
タイプ:	Pt100
許容誤差クラス:	Pt100 Class B
校正対象機器の結果:	許容範囲内

校正の情報

周辺温度:	24.9°C
監査役:	Demo Krone
校正日:	2025/09/04 16:30

テスト結果の詳細

テストポイントの値[°C]	参照値[°C]	校正対象機器の値[°C]	許容誤差[°C]	誤差 [°C]
0.000	-0.022	0.201	0.300	0.223
50.000	50.034	50.347	0.550	0.314
100.000	100.043	100.375	0.800	0.332



検査成績書

校正機器の詳細

シリアル:	2520001	タイプ:	TP 3M165E.2i
ファンクション:	ドライブロック Air Shield インサート	最終校正日:	2025/09/03
データ取得:	Integrated measuring instrument	最終校正日:	2025/03/19
参照:	外部		
以下に接続済み:	RTD B		

校正対象機器

名前:	PT3_MI_DEMO2
シリアルナンバー:	Pt3-2
タイプ:	Pt100
許容誤差クラス:	Pt100 Class B
校正対象機器の結果:	許容範囲内

校正の情報

周辺温度:	24.9°C
監査役:	Demo Krone
校正日:	2025/09/04 16:30

テスト結果の詳細

テストポイントの値[°C]	参照値[°C]	校正対象機器の値[°C]	許容誤差[°C]	誤差 [°C]
0.000	-0.022	-0.158	0.300	-0.136
50.000	50.034	49.898	0.550	-0.135
100.000	100.043	99.831	0.800	-0.212